



Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, držiteľ certifikátu ISO 9001/2008
Geoanalytické laboratóriá
Akreditované skúšobné laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005
Referenčné laboratórium MŽP SR pre geológiu a ŽP
Markušovská cesta 1, 05240 Spišská Nová Ves, tel., fax : 053 4426096



PROTOKOL O SKÚŠKE č. 347/2012

Počet výtlačkov : 3
Výtlačok číslo : 1

Strana 1 z počtu 1
Počet príloh : 0

Objednávateľ : QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D, 821 06 Bratislava
Zodpov. prac.: Ing. Jana Hozzová
Tel : 02 5363 7042
Fax : 02 5363 7043
Objednávka : 200/221/Bi/12
Zákazka : 12-00475
Počet vzoriek : 1

Dátum prevzatia vzoriek : 31.5.2012
Dátum vykonania skúšok od : 31.5.2012
do : 11.6.2012
Dátum vystavenia protokolu : 11.6.2012

Údaje o vzorkách :

Označenie : kamenivo prírodné ťažené
Typ vzorky : kamenivo
Popis vzorky :
Výrobca : IPELSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Výrobňa : Veľká nad Ipľom

Vzorky odobral : objednávateľ
Miesto odberu : Veľká nad Ipľom
Dátum a čas odberu :

Výsledky skúšok

Lab.číslo- Označenie- Jednotka	12-002562 KPŤ	Rozš. neist. [%]	Medza stanovenia	Metóda	Metodický predpis	Typ skúšky
Cl- rozp. v H ₂ O [%]	0,0005	10	0,0001	IC	PN 12.1	A

Rozšírená neistota : relatívna kombinovaná štandardná neistota s koeficientom pokrytia k=2

Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.

Protokol o skúške môže byť bez súhlasu skúšobného laboratória reprodukován iba ako celok.

Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám osebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku orgánom udeľujúcim certifikáciu alebo akýmkoľvek iným orgánom.

Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníčkovi.
Akceptované sú písomne podané žiadosti.

Popis skratiek :

IC iónová chromatografia
PN podniková norma

Typ skúšky

A - akreditovaná, N - neakreditovaná, SA - subdodávka akreditovaná, SN - subdodávka neakreditovaná

Protokol o skúške vyhotovil:

RNDr. Nováková Jarmila
vedúca oddelenia lab. anorg. analýz

Protokol o skúške schválil:

RNDr. Findura Ľubomír
vedúci oddelenia prevádzky
a prípravy vzoriek

